



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2020 - 1ª RODADA
 CONSENSO GERAL PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO



LABORATÓRIO	Célula 67						Célula 68						
	Soro 94		Soro 95		Soro 96		Soro 94		Soro 95		Soro 96		
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	
Referência	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Weak Positivo	Weak Positivo
2020408-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2020632-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo
2020357-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2020964-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2020219-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020177-1	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
2020936-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2020473-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
202051-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
202056-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
202071-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2020851-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2020472-1	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
2020533-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
2020105-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
Consenso	Negativo (92.9%)	Negativo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (92.9%)	Positivo (85.7%)	SC (64.3%)	SC (64.3%)

NR = Resultado não reportado

SC = Resultado sem consenso



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2020 - 2ª RODADA
 CONSENSO GERAL PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO



LABORATÓRIO	Célula 71						Célula 72					
	Soro 97		Soro 98		Soro 99		Soro 97		Soro 98		Soro 99	
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado
Referência	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo*	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020408-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020632-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020357-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020964-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
2020219-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020177-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020936-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020473-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
202051-1	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
202056-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
202071-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020851-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Negativo	Negativo
2020472-1	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
2020533-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
2020105-1	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
Consenso	Positivo (92.9%)	Positivo (92.9%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (85.7%)	SC (57.1%)	SC (57.1%)	Positivo (85.7%)	Positivo (92.9%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)

*please note that a weak positive T cell XM reaction was observed on testing Serum 97 vs Donor cell #72. B cell XM was completely negative for the same serum cell combination. Therefore, the reaction was interpreted as false positive and assigned as negative T cell XM.

NR = Resultado não reportado

SC = Resultado sem consenso